



VERBALE DI SEDUTA RISERVATA RELATIVO ALL'ANALISI DELLE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI APPARECCHIATURE E ARREDI TECNICI, COMPRENSIVA DELLA GARANZIA E MANUTENZIONE FULL RISK, DA DESTINARE ALLA SUB-CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORE BUZZI DELLA ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO.

L'anno 2025 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 14:30 presso gli uffici della S. C. Ingegneria Clinica del Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n. 2272 del 15/12/2025 così composta:

- Presidente Ing. Silvio Cravero: Dirigente Ingegnere c/o SS Gestione Apparecchiature Biomedicali - SC Ingegneria Clinica FBF (Responsabile SS);
- Componente Dott.ssa Anna Maria Marchello: Dirigente Professioni Sanitarie c/o SC Gestione Operativa Next Generation EU;
- Componente Dott.ssa Caterina Bertolini: Dirigente Medico c/o Direzione Sanitaria;

Agendo oggi la Commissione in seduta riservata, non è presente né il pubblico, né delegati delle ditte partecipanti.

La Commissione giudicatrice procede in data odierna a verificare la presenza delle caratteristiche tecniche minime richieste dal Capitolato speciale e il puntuale possesso da parte di tutte la società partecipanti: Multi Medical Service & Engineering, Cisa Production srl, Steelco spa, Getinge Italia srl.

La Commissione quindi, da una disamina della documentazione tecnica, evidenzia che da una prima analisi delle offerte rispetto il Capitolato speciale di gara dove in particolare alla pagina 14 all'ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE viene richiesto "L'offerente dovrà dichiarare puntualmente la rispondenza alle caratteristiche tecniche sopra riportate", evidenzia che dalla documentazione tecnica presentata in sede di gara dalle società Getinge Italia srl e Multi Medical Service & Engineering non si evince tale documentazione.

A questo punto la Commissione inoltra al RUP, affinché vengano trasmesse alle partecipanti, la seguente comunicazione: *"dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto alla pagina 14 all'art. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE "L'offerente dovrà dichiarare puntualmente la rispondenza alle caratteristiche sopra riportate"*.

Entrambe le annotazioni vengono trasmesse al RUP affinché vengano inoltrate alle società Getinge Italia srl e Multi Medical Service & Engineering attraverso la sezione comunicazioni della procedura della Piattaforma telematica Sintel.

A questo punto non potendosi esaurire i lavori della Commissione nell'odierna seduta, si interrompono i lavori di valutazione, fissando le nuove sedute a una data da destinarsi.

La seduta viene chiusa alle ore 16:30

Presidente Ing. Silvio Cravero

Componente Dott.ssa Anna Maria Marchello

Componente Dott.ssa Caterina Bertolini