



VERBALE DI SEDUTA RISERVATA RELATIVO ALL'ANALISI DELLE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI APPARECCHIATURE E ARREDI TECNICI, COMPRENSIVA DELLA GARANZIA E MANUTENZIONE FULL RISK, DA DESTINARE ALLA SUB-CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO VITTORE BUZZI DELLA ASST FATEBENEFRAELLI SACCO.

L'anno 2026 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 14:30 presso gli uffici della S. C. Ingegneria Clinica del Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale n. 2272 del 15/12/2025 così composta:

- Presidente Ing. Silvio Cravero: Dirigente Ingegnere c/o SS Gestione Apparecchiature Biomedicali - SC Ingegneria Clinica FBF (Responsabile SS);
- Componente Dott.ssa Anna Maria Marchello: Dirigente Professioni Sanitarie c/o SC Gestione Operativa Next Generation EU;
- Componente Dott.ssa Caterina Bertolini: Dirigente Medico c/o Direzione Sanitaria;

Agendo oggi la Commissione in seduta riservata, non è presente né il pubblico, né delegati delle ditte partecipanti.

La Commissione procede in data odierna a verificare le caratteristiche tecniche minime richieste dal Capitolo Speciale e la relativa rispondenza per la società Steelco spa.

A questo punto la Commissione rileva che, nonostante risposte rese dalle società Getinge Italia srl e Multi Medical Service & Engineering, giusti verbali rispettivamente del 13/01/2026 e 16/01/2026, le stesse necessitano di ulteriori approfondimenti.

Per tale motivo la Commissione ritiene di elaborare, le seguenti, due ulteriori richieste, dettagliate e puntuali, per le ulteriori precisazioni che dovranno essere rese al fine di una corretta valutazione.

GETINGE ITALIA SRL

- *Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI** “Dispositivi di sicurezza conformi a EN ISO 15883....”*
- *Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI** “Protocolli di gestione e controllo dei parametri della termodisinfezione (tempo, temperatura e livello disinfettante).”*
- *Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI** “Pompa di scarico a parete a circa 30 cm.”*
- *Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI** “Pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido con sensore di livello.”*
- *Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI** “Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido con sensore di livello.”*



- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI** “Sistema igienico ad acqua con cambio d'acqua dopo ogni fase di lavaggio, disinfezione e asciugatura in un unico sistema chiuso.”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO/LAVAZOCCOLI** “Dispositivi di sicurezza conformi a EN ISO 15883..”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO/LAVAZOCCOLI** “Protocolli di gestione e controllo dei parametri della termodisinfezione (tempo, temperatura e livello disinfettante).”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO/LAVAZOCCOLI** “Pompa di scarico a parete a circa 30 cm.”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO/LAVAZOCCOLI** “Pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido con sensore di livello.”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO/LAVAZOCCOLI** “Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido con sensore di livello.”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO/LAVAZOCCOLI** “Sistema igienico ad acqua con cambio d'acqua dopo ogni fase di lavaggio, disinfezione e asciugatura in un unico sistema chiuso.”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 3 – BAGNI / VASCHE A ULTRASUONI** “Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris).”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.5 APPARECCHI DI LAVAGGIO/LAVASTRUMENTI PASSANTI** “Presenza di allarmi acustici e visivi (per es. per guasti, non chiusura della porta, e temperatura non raggiunta).”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.6 AUTOCLAVE A VAPORE 8 US** “Autoclave passante a vapore a vuoto frazionato.”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.7 AUTOCLAVE A VAPORE DA 4 US** “Autoclave passante a vapore a vuoto frazionato.”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE** “Banco per alloggiamento della vasca a U/S con le seguenti caratteristiche:
 - completo di alzatina;
 - in acciaio inox con tutti gli spigoli, interni ed esterni a possibile contatto con il personale, arrotondati;
 - porzione di piano ribassata per il posizionamento delle vasche a U/S;
 - collegamento ad acqua calda e fredda a servizio della vasca a U/S;
 - armadio sottostante chiuso allestito con ripiani e cassetti.”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE** “Alloggiamento per postazione del sistema di tracciabilità (Sistema Itineris);”
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE** “contenitori per decontaminazione da trasporto, con coperchio a tenuta e griglia interna asportabile da 1US;”



- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE** "contenitori per decontaminazione da trasporto, con coperchio a tenuta e griglia interna asportabile da 1/2US;"
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto dal disciplinare **ART.19 OFFERTA TECNICA "fascicolo g)** Crono programma di consegna e installazione delle apparecchiature e dei beni rispetto alla fornitura;" in particolare con l'indicazione puntuale dei giorni di ultimazione delle attività.

MULTI MEDICAL SERVICE & ENGINEERING

- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto alla pagina 14 all'**ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE** "L'offerente dovrà dichiarare puntualmente la rispondenza alle caratteristiche tecniche sopra riportate", tale rispondenza era richiesta per tutto l'ART.2 dalla pagina 4 alla pagina 14.
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI** "Stampante integrata per la tracciabilità del ciclo."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI** "Protocolli di gestione e controllo dei parametri della termodisinfezione (tempo, temperatura e livello disinfettante)."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI** "Pompa di scarico a parete a circa 30 cm."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI** "Pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido con sensore di livello."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 1 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO LAVASTRUMENTI PER PICCOLI CARICHI** "Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido con sensore di livello."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO / LAVAZOCCOLI** "Stampante integrata per la tracciabilità del ciclo."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO / LAVAZOCCOLI** "Protocolli di gestione e controllo dei parametri della termodisinfezione (tempo, temperatura e livello disinfettante)."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO / LAVAZOCCOLI** "Pompa di scarico a parete a circa 30 cm."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO / LAVAZOCCOLI** "Pompa peristaltica per dosaggio detergente liquido con sensore di livello."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 2 – APPARECCHIO DI LAVAGGIO / LAVAZOCCOLI** "Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido con sensore di livello."



- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 3 – BAGNI/VASCHE A ULTRASUONI** "Vasca ad incasso completa di ripiano e mobile (con ante) in acciaio inox."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 3 – BAGNI/VASCHE A ULTRASUONI** "Vasca con camera interna in acciaio inox e capacità di almeno 40 l e lunghezza non inferiore a 60 cm."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 3 – BAGNI/VASCHE A ULTRASUONI** "Frequenza U/S almeno 25KHz, preferibilmente con frequenza regolabile."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 3 – BAGNI/VASCHE A ULTRASUONI** "Temperatura regolabile/impostabile da almeno circa 20° C a minimo circa 60° C."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 3 – BAGNI/VASCHE A ULTRASUONI** "Presenza di timer per la regolazione del tempo di funzionamento."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 3 – BAGNI/VASCHE A ULTRASUONI** "Completa di cestello/vaschetta/accessorio dedicato per lavaggio di oggetti di piccole dimensioni."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 3 – BAGNI/VASCHE A ULTRASUONI** "Nel caso della vasca idonea per il lavaggio dei cannulati la stessa deve disporre di almeno 10 collegamenti (ugelli ed accessori) per l'irrigazione e pulizia dei canali interni."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 3 – BAGNI/VASCHE A ULTRASUONI** "Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris)."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 4 TERMOSALDATRICE** "Saldatrice a scorrimento rotativo."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 4 TERMOSALDATRICE** "Controllo elettronico della temperatura."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 4 TERMOSALDATRICE** "Possibilità di saldare buste in polipropilene, polipropilene/carta, carta/carta, e altri materiali accoppiati termosaldabili quali a titolo esemplificativo non esaustivo: Tyvek, carta medica kraft, ecc."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 4 TERMOSALDATRICE** "Saldatura multibanda." Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 4 TERMOSALDATRICE** "Minima larghezza della saldatura pari a 12 millimetri."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 4 TERMOSALDATRICE** "Dimensioni ridotte dell'apparecchio."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 4 TERMOSALDATRICE** "Stampante integrata (deve consentire la stampa sulla busta) con la stampa con inchiostro termoresistente, con almeno i seguenti dati: data di produzione (confezionamento), data scadenza, numero di lotto, operatore, unità operativa."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 4 TERMOSALDATRICE** "Piano di scorrimento in acciaio inox."



- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 4 TERMOSALDATRICE** "Dotate di sistema di marcatura delle buste."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 4 TERMOSALDATRICE** "Piano di scorrimento in acciaio inox."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF. 4 TERMOSALDATRICE** "Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris) per l'acquisizione e registrazione di tutti i dati relativi al confezionamento effettuato quali, almeno, data di produzione (confezionamento), data scadenza, numero di lotto, operatore, identificativo della termosaldatrice."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.5 APPARECCHI DI LAVAGGIO / LAVASTRUMENTI PASSANTI** "Telaio, struttura esterna, pareti e camera di lavaggio in acciaio inox con opportuna coibentazione termica ed acustica."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.5 APPARECCHI DI LAVAGGIO / LAVASTRUMENTI PASSANTI** "Dotata di cicli di lavaggio preimpostati quali almeno:
 - prelavaggio;
 - lavaggio;
 - risciacquo;
 - termosidinfusione con temperatura $\geq 90^{\circ}\text{C}$;
 - lubrificazione;
 - asciugatura;
 - lucidatura;
 - vetreria;
 - biberon;"
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.5 APPARECCHI DI LAVAGGIO / LAVASTRUMENTI PASSANTI** "Presenza di allarmi acustici e visivi (per es. per guasti, non chiusura della porta, e temperatura non raggiunta)."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.5 APPARECCHI DI LAVAGGIO / LAVASTRUMENTI PASSANTI** "Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris) per l'acquisizione e registrazione di tutti i dati relativi al ciclo di lavaggio effettuato quali, almeno, n. ciclo, data e ora esecuzione, riferimento operatore, tipo di ciclo effettuato (lavaggio, risciacquo, termosidinfusione, lubrificazione, asciugatura), durata del ciclo, esito del ciclo, identificativo della lavaferri;"
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.6 AUTOCLAVE A VAPORE 8 US** "Autoclave passante a vapore a vuoto frazionato."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.6 AUTOCLAVE A VAPORE 8 US** "Tamponamenti/Carter di adeguate dimensioni in acciaio inox tali a annullare gli spazi rimanenti tra autoclave e controsoffitto/pareti al fine di garantire una facile igienizzazione dell'ambiente."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.6 AUTOCLAVE A VAPORE 8 US** "Controllo automatico dell'ingresso del vapore."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.6 AUTOCLAVE A VAPORE 8 US** "Dotata di programmi di funzionamento con più cicli di sterilizzazione (preimpostati e personalizzati) che dovranno comprendere almeno i seguenti cicli:
 - Tessile
 - Gomma



- Ferri
- Bowie Dick
- Prione
- Antrace
- Vuoto"
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.6 AUTOCLAVE A VAPORE 8 US** "Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris) di cui al successivo articolo per l'acquisizione e registrazione di tutti i dati relativi al ciclo di sterilizzazione effettuato quali, almeno, n. ciclo, data e ora esecuzione, riferimento operatore, tipo di ciclo effettuato (ferri, tessile, bowie dick ecc.), durata del ciclo, esito del ciclo, identificativo dell'autoclave."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.7 AUTOCLAVE A VAPORE DA 4 US** "Controllo automatico dell'ingresso del vapore."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.7 AUTOCLAVE A VAPORE DA 4 US** "Autoclave passante a vapore a vuoto frazionato."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.7 AUTOCLAVE A VAPORE DA 4 US** "Tamponamenti/Carter di adeguate dimensioni in acciaio inox tali a annullare gli spazi rimanenti tra autoclave e controsoffitto/pareti al fine di garantire una facile igienizzazione dell'ambiente."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.7 AUTOCLAVE A VAPORE DA 4 US** "Controllo automatico dell'ingresso del vapore."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.7 AUTOCLAVE A VAPORE DA 4 US** "Dotata di programmi di funzionamento con più cicli di sterilizzazione (preimpostati e personalizzati) che dovranno comprendere almeno i seguenti cicli:
 - Tessile
 - Gomma
 - Ferri
 - Bowie Dick
 - Prione
 - Antrace
 - Vuoto"
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.7 AUTOCLAVE A VAPORE DA 4 US** "Interfacciamento con il sistema di tracciabilità (Sistema Itineris) di cui al successivo articolo per l'acquisizione e registrazione di tutti i dati relativi al ciclo di sterilizzazione effettuato quali, almeno, n. ciclo, data e ora esecuzione, riferimento operatore, tipo di ciclo effettuato (ferri, tessile, bowie dick ecc.), durata del ciclo, esito del ciclo, identificativo dell'autoclave."
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE** "Generatore di vapore (n.1 unità) che permette operazioni di decontaminazione;"
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE** "Pompe automatiche aspira liquidi"
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE** "contenitori per decontaminazione da trasporto, con coperchio a tenuta e griglia interna asportabile da 1US;"



- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE** "contenitori per decontaminazione da trasporto, con coperchio a tenuta e griglia interna asportabile da 1/2US;"
- Si chiede di indicare dalla documentazione tecnica di gara ove si evince quanto riportato e richiesto **RIF.8 ARREDI TECNICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE** "carrelli di trasporto sia dei container con il materiale sterilizzato sia dei contenitori con il materiale sporco da processare, composti da:
 - ripiani interni a più sezioni, con ripiani posizionabili a diverse altezze per il contenimento di almeno 8US;
 - doppia anta battente con guarnizione antipolvere a sistema di fissaggio, apertura a 270°;
 - maniglia direzionale e lucchetto di sicurezza;
 - dotato di 4 ruote di cui 2 dotate di freno"

Entrambe le annotazioni vengono trasmesse alla SC Gestione Acquisti – Provveditorato Economato affinché procedano ad inoltrarle alle società Getinge Italia srl e Multi Medical Service & Engineering attraverso la sezione comunicazioni della procedura della Piattaforma telematica Sintel.

A questo punto non potendosi esaurire i lavori della Commissione nell'odierna seduta, si interrompono i lavori di valutazione, fissando le nuove sedute a una data da destinarsi.

La seduta viene chiusa alle ore 16:30

Presidente Ing. Silvio Cravero

Componente Dott.ssa Anna Maria Marchello

Componente Dott.ssa Caterina Bertolini