Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Fatebenefratelli Sacco

Dipartimento: Medicina di Laboratorio
Struttura Complessa: Patologia Clinica
Direttore: Prof. Alberto Dolci

Criteri di accettabilità dei campioni biologici e modalità di ripetizione prelievo/raccolta campione

La SC Patologia Clinica esegue un controllo approfondito e automatizzato della qualità del campione. Se da tale controllo emergono delle Non Conformità, la SC Patologia Clinica non accetta il campione, che potrebbe produrre risultati inaccurati (errati), e richiede la ripetizione del prelievo/raccolta campione nei casi indicati nel Modulo IDR_PC_13 "Elenco delle Non conformità" (vedi pagina successiva).

Nel caso in cui venga refertata una Non Conformità del prelievo/campione, l'Utente può presentarsi presso i Centri Prelievo dell'ASST-FBF-Sacco per la ripetizione dell'esame. La nuova accettazione degli esami sarà gratuita.

ELENCO NON CONFORMITÀ DEI CAMPIONI

CNF	Campione non conforme
C18	Prelievo non conforme
C7	Contenitore pervenuto rotto
EM	Emolisi
LIP	Campione lipemico
IT	Campione itterico
FO	Campione pervenuto fuori orario
N11	Provetta sporca
RNC	Richiesta non conforme
NC14	Provetta arrivata in giornata errata
NP	Campione non pervenuto
P32	Campione pervenuto a temperatura non idonea
PNC	Provetta/contenitore con etichetta non conforme *
RI	Richiesta inappropriata
ROI	Richiesta in Regime Ordinario non processabile
T24	Non eseguito per incidente tecnico
T3	Campione coagulato
T4	Campione insufficiente
T6	Campione non idoneo **
T63	Campione inviato in provetta/contenitore non idoneo ***
T79	Campione inviato senza liquido tampone
T82	Provetta pervenuta vuota
T109	Eccesso di materiale biologico

* = PNC da utilizzare nel caso in cui non si possa eseguire l'esame richiesto, perché il suffisso identificativo del campione (i.e. ultime due cifre aggiunte al barcode) non è corretto;

** = T6 da utilizzare nel caso in cui il campione presenti delle caratteristiche (al di fuori degli indici di interferenza determinati automaticamente) che impediscono l'esecuzione dell'esame richiesto;

*** = T63 da utilizzare anche nel caso in cui la provetta/contenitore contenga un materiale biologico diverso da quello specifico dell'esame richiesto.