



ASST Fatebenefratelli Sacco

SECONDO VERBALE DI SEDUTA RISERVATA, RELATIVO ALLA GARA D'APPALTO, IN FORMA AUTONOMA, DA SVOLGERSI MEDIANTE PROCEDURA APERTA, ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 2, COMMI 1 E 2, 8 COMMA 1 LETT. A) E C) DELLA L. 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D. L. N. 76/2020, PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI LAVAGGIO E ASPIRAZIONE MONOUSO STERILI PER INTERVENTI LAPAROSCOPICI, COMPRESIVA DI POMPE PERISTALTICHE IN COMODATO D'USO GRATUITO E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK, OCCORRENTE AGLI OSPEDALI FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO, MACEDONIO MELLONI E LUIGI SACCO DELL'ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO. PERIODO 48 MESI. CIG PADRE 9203004F23.

Il giorno 14 dicembre 2022, alle ore 09:00, la Commissione Giudicatrice, nominata con Ordinanza del Direttore Generale prot. n. 45617 del 03.11.2022, si riunisce in seduta riservata, nella seguente composizione:

Funzione	Nominativo	Qualifica	Appartenenza
Presidente	Dott. Roberto Santambrogio	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico	ASST Fatebenefratelli Sacco
Commissario	Dott. Francesco Colombo	Dirigente Medico SC Chirurgia Generale 2 Ospedale L. Sacco	ASST Fatebenefratelli Sacco
Commissario	Dott. Giacomo Piero Incarbone	Dirigente Medico SC Urologia Ospedale L. Sacco	ASST Fatebenefratelli Sacco

Segretaria: Sig.ra Domenica Militano, Collaboratore Amministrativo Professionale della SC Gestione Acquisti Provveditorato Economato dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Agendo oggi la Commissione in seduta riservata, non è presente né il pubblico, né delegati delle Società partecipanti.

Premesso

che a seguito della richiesta verbale effettuata da parte della scrivente Commissione di effettuare la prova e sessione dimostrativa sui prodotti proposti dalle società offerenti, prevista all'art. 12 del disciplinare di gara, è stato predisposto un cronoprogramma concordato per iniziare con le società proponenti Conmed Italia Srl e Mida Tecnologia Medica Spa, come risulta dalle allegate comunicazioni inoltrate alle società sopra citate (all. 1/A a 1/B).

* * *

Preso atto della completezza della Commissione Giudicatrice il Presidente dichiara aperta la seduta e da inizio, presso il Blocco Operatorio, Pad. 51 piano terra, dell'Ospedale L. Sacco, in presenza dei Rappresentanti della società Conmed Italia Srl, alla prova funzionale del sistema per il quale la predetta Società ha formulato offerta.

La prova e sessione dimostrativa svolta in data odierna è propedeutica alla valutazione dell'offerta tecnica prodotta dalla società in parola, secondo i parametri di cui all'art. 15 "Modalità di aggiudicazione" del Disciplinare di gara, già esaminati dalla Commissione nella precedente seduta riservata del 30.11.2021.

In un primo tempo è stato dato modo ai tecnici della società sopra citata, di spiegare le caratteristiche e i sistemi di utilizzo dei dispositivi offerti, sia al personale medico che infermieristico, al fine di valutare la praticità di installazione; successivamente è stata effettuata la prova pratica con i vari settaggi utilizzabili nel contesto sia dell'irrigazione sia dell'aspirazione.

Al termine della prova la società Conmed Italia Srl abbandona il Blocco Operatorio dell'Ospedale Sacco.

Le risultanze della prova sono di seguito indicate:

- alla prova funzionale del sistema non si sono rilevate criticità;
- con la pompa di lavaggio è possibile utilizzare differenti settaggi per la regolazione del flusso. Non sono stati rilevati allarmi durante la prova;
- è stato utilizzato un kit standard con cannula di 5 mm: durante il suo uso il sistema di aspirazione ha lavorato con efficacia, pur in presenza di liquido denso e coaguli;
- la pompa di lavaggio è stata assemblata con facilità; è comoda per poter collocare 2 sacche di fisiologica in contemporanea in modo da velocizzare il cambio della sacca al termine della prima;
- l'utilizzo dei pulsanti di aspirazione e lavaggio sono in posizione ergonomica.

A questo punto, non potendosi esaurire i lavori della Commissione nell'odierna seduta, il Presidente interrompe i lavori, stabilendo la nuova seduta in data odierna alle ore 10:40.



La seduta odierna viene chiusa alle ore 10:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Dott. Roberto Santambrogio

Componente: Dott. Francesco Colombo

Componente: Dott. Giacomo Piero Incarbone

Segretario: Sig.ra Domenica Militano

Milano, 14 dicembre 2022

Roberto Santambrogio
Francesco Colombo
Giacomo Piero Incarbone
Domenica Militano